



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.32.390.A № 66891

Срок действия до 10 августа 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Термопреобразователи сопротивления серии 90

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 68302-17

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 68302-17

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года; 4 года - для ТС классов А, В
с температурой применения св. плюс 300 до плюс 400 °С; 5 лет - для ТС
классов А, В с температурой применения от минус 50 до плюс 300 °С

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 10 августа 2017 г. № 1714

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

18.08.2017 г.

Серия СИ

№ 030441